



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



ERRATA AO PREGÃO PRESENCIAL 121/2019

Após análise da impugnação da empresa **EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA**, verificou-se a divergência nas especificações e será feito a correção através de Errata ao edital quanto aos itens 01 e 08 conforme a seguir:

Onde-se-lê a descrição:

1	40,0000	UN	AUTOCLAVE 12 LITROS ALUMINIO - Para esterilização a vapor capacidade de 12 litros. Secagem porta entreaberta, camara em aluminio ; potencia minima 1600w , voltagem 110/220volts. Sistema de fechamento da porta com duplo estagio. Acessorios: 2 bandejas - AUTOCLAVE 12 LITROS ALUMINIO - Para esterilização a vapor capacidade de 12 litros. Secagem porta entreaberta, camara em aluminio ; potencia minima 1600w, voltagem 110/220volts. Sistema de fechamento da porta com duplo estagio. Acessorios: 2 bandejas de aluminio, suporte e manual. medidas minimas da camara: diametro 13cm x profundidade 33cm. Consumo maximo por ciclo: 500watts, Possuir microprocessador eletronico, sistemas de segurança: Fusivel, Termostato, valvula de segurança, anel de vedação, Sistema de controle de potencia; Pressão de trabalho entre 1,7 a 2,0 kgf por cm². Garantia minima de 2 anos, O equipamento deve ter:registro no MS, e garantia minima de 02 anos a contar da data da entrega do equipamento.segurança:Fusivel, Termostato, valvula de segurança, anel de vedação, Sistema de controle de potencia; Pressão de trabalho entre 1,7 a 2,0 kgf por cm².Garantia minima de 2 anos, O equipamento deve ter: registro no MS, e garantia minima de 02 anos a contar da data da entrega do equipamento.
8	60,0000	UN	Jato de bicarbonato e Ultrassom odontológico. Corpo do aparelho com design mais moderno e arrojado montado em material resistente, liso e cantos arredondados. - Resistente à oxidação. - Proporciona um visual agradável e harmônico. - JATO DE BICARBON - Jato de bicarbonato e Ultrassom odontológico. Corpo do aparelho com design mais moderno e arrojado montado em material resistente, liso e cantos arredondados. - Resistente à oxidação. - Proporciona um visual agradável e harmônico. - JATO DE BICARBONATO Peça de mão do Jato Removível e autoclavável. Construída em Termoplástico Especial, que permite firmeza no manuseio, precisão nos movimentos e maior resistência à autoclavagem. Permite uma esterilização segura, evitando contaminação cruzada. Difusor concêntrico, efetua mistura de ar + água + bicarbonato a uma pequena distância da ponta. Evita entupimentos da peça de mão. Fácil e rápida seleção do instrumento desejado. Suave acionamento da tecla. Exclusivo Sistema de Regulagem fina do Ar - Permite maior controle da vazão do ar, adequando-se a cada tipo de procedimento. Registro de Água, sistema de regulagem fina. Possibilita adequação à necessidade de cada procedimento. Sistema de varredura automática do bicarbonato - Varre os dutos do aparelho evitando acúmulo de resíduos de pó e riscos de entupimentos no sistema. Filtro de ar com purgador automático. Filtra todo o ar que entra em contato com o bicarbonato e com a região operatória. Reservatório do Bicarbonato Transparente e removível. Permite verificar a quantidade de pó no interior do reservatório e a ocorrência do turbilhamento. Acesso lateral que permite sua remoção sem a necessidade de virar o aparelho para retirada das sobras de pó.sistema de segurança com válvula que entra em funcionamento para liberação da pressão, caso haja falha do pressostato e protetor de sobrecarga com a finalidade de proteger o equipamento de superaquecimento. <u>Características técnicas: - Motor de 2 pistões com 1,12 HP / 830W (127V) - Protetor térmico contra superaquecimento -</u>



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



			Filtro de saída de ar - Capacidade do tanque de 40 litros - Fluxo de ar: 212 litros/min.
--	--	--	---

Leia-se a descrição com alteração:

1	40,0000	UN	AUTOCLAVE 12 LITROS ALUMINIO - Para esterilização a vapor capacidade de 12 litros. Secagem porta entreaberta, camara em aluminio ; potencia minima 1100w , voltagem 110/220volts. Sistema de fechamento da porta com duplo estagio. Acessorios: 2 bandejas - AUTOCLAVE 12 LITROS ALUMINIO - Para esterilização a vapor capacidade de 12 litros. Secagem porta entreaberta, camara em aluminio ; potencia minima 1600w, voltagem 110/220volts. Sistema de fechamento da porta com duplo estagio. Acessorios: 2 bandejas de aluminio, suporte e manual. medidas minimas da camara: diametro 13cm x profundidade 33cm. Consumo maximo por ciclo: 500watts, Possuir microprocessador eletronico, sistemas de segurança: Fusivel, Termostato, valvula de segurança, anel de vedação, Sistema de controle de potencia; Pressão de trabalho entre 1,7 a 2,0 kgf por cm ² . Garantia minima de 2 anos, O equipamento deve ter:registro no MS, e garantia minima de 02 anos a contar da data da entrega do equipamento.segurança:Fusivel, Termostato, valvula de segurança, anel de vedação, Sistema de controle de potencia; Pressão de trabalho entre 1,7 a 2,0 kgf por cm ² .Garantia minima de 2 anos, O equipamento deve ter: registro no MS, e garantia minima de 02 anos a contar da data da entrega do equipamento.
8	60,0000	UN	Jato de bicarbonato e Ultrassom odontológico. Corpo do aparelho com design mais moderno e arrojado montado em material resistente, liso e cantos arredondados. - Resistente à oxidação. - Proporciona um visual agradável e harmônico. - JATO DE BICARBON - Jato de bicarbonato e Ultrassom odontológico. Corpo do aparelho com design mais moderno e arrojado montado em material resistente, liso e cantos arredondados. - Resistente à oxidação. - Proporciona um visual agradável e harmônico. - JATO DE BICARBONATO Peça de mão do Jato Removível e autoclavável. Construída em Termoplástico Especial, que permite firmeza no manuseio, precisão nos movimentos e maior resistência à autoclavagem. Permite uma esterilização segura, evitando contaminação cruzada. Difusor concêntrico, efetua mistura de ar + água + bicarbonato a uma pequena distância da ponta. Evita entupimentos da peça de mão. Fácil e rápida seleção do instrumento desejado. Suave acionamento da tecla. Exclusivo Sistema de Regulagem fina do Ar - Permite maior controle da vazão do ar, adequando-se a cada tipo de procedimento. Registro de Água, sistema de regulagem fina. Possibilita adequação à necessidade de cada procedimento. Sistema de varredura automática do bicarbonato - Varre os dutos do aparelho evitando acúmulo de resíduos de pó e riscos de entupimentos no sistema. Filtro de ar com purgador automático. Filtra todo o ar que entra em contato com o bicarbonato e com a região operatória. Reservatório do Bicarbonato Transparente e removível. Permite verificar a quantidade de pó no interior do reservatório e a ocorrência do turbilhonamento. Acesso lateral que permite sua remoção sem a necessidade de virar o aparelho para retirada das sobras de pó.sistema de segurança com válvula que entra em funcionamento para liberação da pressão, caso haja falha do pressostato e protetor de sobrecarga com a finalidade de proteger o equipamento de superaquecimento.

Assim, visando a observância dos tramites legais, e respeitando o princípio abaixo:

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Diante de todo o exposto alteramos a data de abertura do presente certame para do dia 14/08/2019 às 08:30 horas a seguir a veicular na data de 02/08/2019 no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, o Tempo e Site da Prefeitura Municipal de Muriaé

Prefeitura Municipal de Muriaé publica adiamento do Pregão Presencial nº 121/2019 – Processo nº 150/2019 - Requisitante: SMS – Objeto: Registro de preço para eventual aquisição equipamentos odontológicos para os consultórios – Nova data de abertura da sessão de licitação dia 14/08/2019 às 08:30 horas, na Sala de Reuniões do Depto. de Licitações, situado na Av. Maestro Sansão, 236, 3º Andar, Ed. Centro Administrativo “Pres. Tancredo Neves”, Centro, Muriaé, MG – Justificativa: **Alteração da especificação dos itens 01 e 08** - Maiores informações pelo telefone (32) 3696-3317

Ioannis Konstantinos Grammatikopoulos
Prefeito Municipal

Muriaé, 01 de agosto de 2019.

SUELI RIBAS PAULINO COSTA
PREGOEIRO